Опросный лист № 2020.ОЛ_26-22#ЭЛЕМЕР-ИКСУ!AV1

Калибратор «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012ПК»

Марка прибора, модель	ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012ПК
Количество	1
Измеряемый параметр	Входные (режим измерений) или выходные (режим воспроизведения) электрические сигналы
Метод контроля	При проведении поверки (калибровки и градуировки): сравнивает показания эталонного и рабочего средств измерений температуры или давления; воспроизводит сигналы ТС, ТП, силы и напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току или измеряет выходной ток преобразователя с унифицированным выходным сигналом; считывает единицу измерений, диапазон и измеренное значение величины по HART-протоколу; осуществляет градуировку и калибровку токового выхода; обеспечивает сбор, хранение, архивирование и передачу данных в компьютер
Единицы измерения	мА, В, Ом,°С, Па.
Технические характеристики	Измеряемые параметры: входные (режим измерений) или выходные (режим воспроизведения) электрические сигналы, измерение температуры, измерение давления; Диапазоны отображения : - Ток - 0…25 мА, - Напряжение - -10мВ…12 В, - Сопротивление - 0…320 Ом, - Температур - -200...850°С, - Давление - -100кПа....60МПа. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: - Ток - ±0,004%, - Напряжение - ±3 мВ, - Сопротивление -±0,01 Ом, - Температур - ±0,005°С, - Давление - 0,02%. Габариты 295х182х102. Масса 3кг.
Исполнение	**ТУ 4381-117-13282997-2013**
Комплектация	***Универсальный комплект:*** 1. Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 НБ15'/ КМ/ К; 2. Кабель №1 "КИ2012K" к ИКСУ-2012 НКГЖ.685631.233; 3. Кабель №2 "КИ2012L" к ИКСУ-2012 НКГЖ.685631.233-01; 4. Кабель №3 "КИ2012R1" к ИКСУ-2012 НКГЖ.685631.230; 5. Кабель №4 "КИ2012R2" к ИКСУ-2012 НКГЖ.685631.229; 6. Кабель №5 "КИ2012U" к ИКСУ-2012 НКГЖ.685631.228;

	7. Кабель №6 "КИ2012I2" к ИКСУ-2012 НКГЖ.685631.232; 8. Кабель №7 "КИ2012I1" к ИКСУ-2012 НКГЖ.685631.231; 9. Кабель соединительный "К1" от ПДЭ к калибратору ИКСУ НКГЖ.685631.075;
	10. Кабель измерительный (М-615А-BNGD ТЦЭ-005/М2) КИ-ТЦЭ НКГЖ.685631.135; 11. Преобразователь интерфейса МИГР-05U-2 НКГЖ.426477.004-01; 12. Кабель измерительный (М-615А-BNGD ТЦЭ-005/М2) КИ-ПТСВ НКГЖ.685631.135-01; 13. Кабель измерительный КИ-№1 для подсоединения к ПТСВ; 14.ТЦЭ-005/М3 – ТУ 4381-075-13282997-0906; 15. ПТСВ – 1 – 2 – 550 – ТУ 4211-041-13282997-2002; 16. ПТСВ – 2 – 3 – 65 – 1500 – ТУ 4211-041-13282997-2002; 17. ПТСВ-3Г – 3 – 260 – ТУ 4211-120-13282997-2013; 18. ПДЭ-020И – ДА – 030 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 19. ПДЭ-020И – ДА – 060 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 20. ПДЭ-020И – ДИ – 130 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 21. ПДЭ-020И – ДИ – 160 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 22. ПДЭ-020И – ДИ – 170 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 23. ПДЭ-020И – ДИ – 180 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 24. ПДЭ-020И – ДИ – 190 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 25. ПДЭ-020И – ДИВ – 350 – А0 – ТУ 4212-122-13282997-2014; 26. Пресс пневматический ручной ЭЛЕМЕР-PRV-160; 27. Пресс гидравлический ручной Элемер-PR-1200; 28.. Гребенка ГШ-4-М20х1,5 для штуцерного подключения 4-х датчиков НКГЖ.301223.002; 29. Гребенка ГФ-4-К1/4 для фланцевого подключения 4-х датчиков НКГЖ.302615.002 ; 30. Блок Б-1-М20х1,5 для штуцерного подключения 1-го датчика

	НКГЖ.302615.003; 31. Заглушка З-Н-М20х1,5 (D=22,5; h=45) Шестигранник 24/12Х18Н10Т НКГЖ.753125.027; 32. Заглушка З-В-К1/4 (d=16; Н=30) Шестигранник 19/12Х18Н10Т НКГЖ.746612.031; 33. Штуцер переходной ПШ-Н-М16х2-Н-М20х1,5-ПКД НКГЖ.713551.208; 34. Шланг для соединения ШЛ-В-М16х2-В-М16х2; L=2,0 м; НКГЖ.302645.001-01; 35. Шланг для соединения ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5; L=2,0 м; НКГЖ.302442.027-02; 36. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-G1/8 НКГЖ.753128.212; 37. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-G1/4 НКГЖ.753128.213; 38. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-G3/8 НКГЖ.753128.214; 39. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-G1/2 НКГЖ.753128.215; 40. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-G1 НКГЖ.753128.216; 41. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-М10х1 НКГЖ.753128.217; 42. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-М12х1 НКГЖ.753128.218;
	43. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-М12х1,5 НКГЖ.753128.219;44. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-М14х1,5 НКГЖ.753128.220;45. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-М16х1,5 НКГЖ.753128.221;46. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-М24х1,5 НКГЖ.753128.222;47. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-М39х1,5 НКГЖ.753128.223;48. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-К1/8 НКГЖ.753128.224;49. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-К1/4 НКГЖ.753128.225;50. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-К3/8 НКГЖ.753128.226;51. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-В-К1/2 НКГЖ.753128.227;52. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-G1/8 НКГЖ.753136.008;53. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-G1/4 НКГЖ.753136.009;54. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-G1/2 НКГЖ.753136.007;55. Штуцер переходник ПШ-Н-М20х1,5-Н-М10х1 НКГЖ.753136.010;56. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-

	М12х1,5 НКГЖ.753136.011;57. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-М20х1,5 НКГЖ.753136.012;58. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-К1/8 НКГЖ.753136.013;59. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-К1/4 НКГЖ.753136.014;60. Штуцер переходной ПШ-Н-М20х1,5-Н-К1/2 НКГЖ.753136.015;61. Штуцер переходной ПШ-Н-М16х2-Н-М20х1,5 НКГЖ.753136.006; 62. Шайба резинометаллическая ПР-7,5-РМ (3,6х7,5х1);63. Шайба резинометаллическая ПР-10-РМ (6,7х10х1);64. Шайба резинометаллическая ПР-14-РМ (8,7х14х1);65. Прокладка Т1Ф (D=18; d=6,2; S=1,5) НКГЖ.754152.033 - 2шт.;66. Прокладка Т1М (D=18; d=6,2; S=1) НКГЖ.754152.033-01 - 2шт.;67. Шайба резинометаллическая ПР-18-РМ (10,7х18х1,5);68. Шайба резинометаллическая ПР-21-РМ (14х21х2);69. Кольцо 005-008-19-2-3 ГОСТ 9833-73 - 2шт.;70. Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 - 2шт.;71. Кейс для хранения и транспортировки - 1 шт.;72. Свидетельство о поверке.