набор латексных контролей Alifax S.r.l (Алифакс С. р.л.) Италия

Предназначен для контроля стабильности калибровки автоматических анализаторов СОЭ Roller 20 PN.

Набор контролей состоит из не менее трех (пробирок с известными турбидиметрическими значениями (низкий, высокий и средний уровни)

Количество измерений в наборе-не менее 6.

Состав: Водная дисперсия частиц из бутадиен-стиролового сополимера трех различных концентраций (1,7%-1,4%-3,5%).

Готовы к использованию.

Повторяемость: CV<10%,

Воспроизводимость: CV<15%,SI 305.100-A