

		следующих документов: - свидетельство об утверждении типа средств измерений с описанием типа средств измерений; - сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - сертификат/декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»; 5. Свидетельство о поверке со сроком действия не менее половины межповерочного интервала (на момент поставки). 6. Специальные инструменты, применяемые для технического обслуживания, ремонта, настройки и регулировки параметров (в случае необходимости применения специального инструмента); 7. Комплект эксплуатационной документации на русском языке согласно ведомости эксплуатационных документов (включая паспорт, руководство по эксплуатации и методику поверки); 8. Программное обеспечение на русском языке для установки на персональный компьютер и кабель для подключения индивидуального газосигнализатора/газоанализатора к персональному компьютеру для считывания информации с газосигнализатора/газоанализатора (в случае если считывание информации осуществляется с применением кабеля)
19	Дополнительные требования	Регистрация в Федеральном информационном фонде (ФИФ);