

1. Резервуар для инсулиновой помпы

2. Помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная

Минимальная базальная доза инсулина, ед/час Не более 0,025

Максимальная базальная доза, ед/час Не менее 35

3. Датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы

Предназначен для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости подкожно-жировой клетчатки Наличие

Угол введения, градусы 90

Срок работы, час Не менее 144

Временная базальная доза, % Наличие

Объем закупки от 1000 до 3000 наборов.