

СОГЛАСОВАНО

Описание объекта закупки «Поставка холодильника фармацевтического»

Тип объекта закупки									Товары			Вид требования	Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	КТРУ/ОКП Д2	Характеристики товара, работы, услуги						Количество товара (объем работы, услуги)	Единица измерения	Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге		
			№ п/п (хар-ки)	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Тип характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Холодильник фармацевтический	28.25.13.116-00000002	1	Тип	Компрессорный	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	15	Штука	—	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами	
			2	Класс устойчивости	I	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		
			3	Рабочий диапазон температуры	2-18	—	Качественная	Значение характеристики не			—		

				в камере, °C				может изменяться участником закупки					
			4	Общий объем	≥ 201 и ≤ 250	Литр; кубический дециметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			—		
			5	Вариант исполнения	Сейф-холодильник	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		
			6	Сигнализация при отклонении температуры от заданной	Да	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		
			7	Отображение температуры на табло панели управления	Да	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		