

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинского оборудования

Тип объекта закупки									Количество товара (объем работы,	Единица измерения
№ п/п	Наименование товара	КТРУ/ОКПД2	№ п/п	Характеристики товара, работы, услуги						
				Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке			
1	2	3	4	5	6	7	8		10	
1	Электrokapдиoгpаф	26.60.12.111-00000025	1.1	Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа	Неважно		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	2	Шт	
			1.2	Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.3	Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения	Неважно		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			1.4	Анализ аритмий	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.5	Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма	Неважно		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			1.6	Вывод ЭКГ на печать	Встроенный принтер		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.7	Дисплей	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.8	Интеграция с медицинской информационной системой	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.9	Категория пациентов	Взрослые		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.10	Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное	12	шт.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.11	Масса основного блока	> 3 и ≤ 7 кг	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			1.12	Модуль GSM	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.13	Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой	Неважно		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			1.14	Питание от бортовой сети автомобиля	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.15	Подключение к ПК	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.16	Сервер баз данных ЭКГ	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			1.17	Электропитание регистратора	220В, 5В, Внутренний источник питания		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3edabc55eefa0a451e1eaa55a556a250
Владелец **Самохвалов Сергей Алексеевич**
Действителен с 24.03.2025 16:28
по 17.06.2026 16:28
Дата подписи 14.08.2025 12:26