

Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного врача
казённого учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Станция переливания крови"

_____ И.Ю. Бычкова
"___" _____ 2025 г.

_____ О.А.Новикова
"___" _____ 2025
г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинского оборудования

Тип объекта закупки									Товар/ Работы/Услуги		
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	КТРУ/ ОКПД2	№ п/п	Характеристики товара, работы, услуги					Количество товара (объем работы, услуги)	Единица измерения	Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге
				Наименование характеристик	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Тип характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Встряхиватель-качалка для донорской крови	32.50.50.190-00000203	1.1	Постоянное покачивание полимерных контейнеров	наличие	-	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником	2	штук а	Для равномерного смешивания крови с консервантом
			1.2	Программируемое задание массы забираемой дозы крови	наличие	-	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником			Для забора стандартизованного объема крови
			1.3	Автоматическое пережатие	наличие	-	Качественная	Значение характеристики			Для забора стандартизо

				трубки по достижению заданной персоналом массы дозы крови				ки не может изменяться участником			ванного объема крови
			1.4	Световая и звуковая сигнализация при возникновении аварийных ситуаций	наличие	-	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником			Для своевременного информирования персонала
			1.5	Световая и звуковая сигнализация при отклонении от заданного режима	наличие	-	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником			
			1.6	Максимальная масса дозы крови	> 500 и ≤ 1500	грамм	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			Для обеспечения возможности и выполнения задач, стоящих перед медицинским учреждением при манипуляциях с донорской кровью
			1.7	Ширина	≤ 335	миллиметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			Для обеспечения условий эргономики пространства в процедурном кабинете

			1.8	Глубина	≤ 340	миллиметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			1.9	Высота	≤ 190	миллиметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			

Примечание:

1. Требования к условиям транспортировки:

1.1. Упаковка: Упаковка товара пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантирует абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

1.2. Условия транспортировки: Товар транспортируется с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий заказчик (получатель) имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

1.3. Маркировка: Маркировка отчётливая и содержит номер государственного контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка содержит предупреждающие надписи: «Госзаказ», «Верх», «Не кантовать».

2. Дополнительные требования:

2.1. Поставляемый товар имеет технический паспорт или иной документ на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики оборудования; инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; сервисную (при наличии), ремонтно-техническую (при наличии) и прочую необходимую документацию на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык.

2.2. Место поставки товара: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 12, помещение 1;

2.3. Срок поставки товара: в течение 90 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

2.4. Срок действия гарантии производителя на товар – не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

2.5. В цену входят следующие затраты: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию,

транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ на склад Заказчика, установка, ввод в эксплуатацию и другие.

2.6. Русскоязычное программное обеспечение.

2.7. Регистрация в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 496ee55785992a7ff4023882c8e5a4df

Владелец **Чемакин Юрий Алексеевич**

Действителен с 21.03.2025 15:29

по 14.06.2026 15:29

Дата подписи 14.08.2025 16:12