

Прошу выставить счёт или КП на следующие позиции:

1. . Манометр МП4-Уф0-6МПа Физтех «или эквивалент», 50 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 150 не более 170

Диапазон измеряемого давления, МПа 0-6

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Класс точности Не хуже 1.5

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP40

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 2

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр МП4-Уф0-10МПа Физтех «или эквивалент», 50 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 150 не более 170

Диапазон измеряемого давления, МПа 0-10

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Класс точности Не хуже 1.5

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP40

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 2

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр МПЗ-Уф0-2,5МПа исп ЭКО Физтех «или эквивалент», 100 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 100 не более 160

Диапазон измеряемого давления, МПа 0-2,5

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Класс точности Не хуже 1.5

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP40

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 2

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр МПТИ-Уф0-0,6 кгс/см2 Манотомь «или эквивалент», 2 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 150 не более 170

Диапазон измеряемого давления, кгс/см² 0-0,6

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Назначение — для кислорода наличие

Класс точности Не хуже 0.4

Корректор «0» наличие

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP53

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 1

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр МПТИ-Уф 0-1 кгс/см² Манотомь «или эквивалент», 2 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 150 не более 170

Диапазон измеряемого давления, кгс/см² 0-1

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Назначение — для кислорода наличие

Класс точности Не хуже 0.4

Корректор «0» наличие

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP53

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 1

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр МПТИ-Уф0-1,6 кгс/см² Манотомь «или эквивалент», 2 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 150 не более 170

Диапазон измеряемого давления, кгс/см² 0-1,6

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Назначение — для кислорода наличие

Класс точности Не хуже 0.4

Корректор «0» наличие

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °C Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP53

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 1

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2005Сг1Ех Манотомь «или эквивалент», 2 шт.:

Диапазон измеряемого давления, кПа 0-600

Исполнение - левый контакт размыкающий, правый замыкающий с магнитным поджатием наличие

Расположение штуцера – радиальное, с задним фланцем наличие

Диаметр корпуса, мм Не менее 150 не более 170

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54

Класс точности не хуже 1,5

Взрывозащита 1ExdIIBT4 наличие

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Напряжение внешних коммутируемых цепей:

Переменного тока 380В;

Постоянного тока 220В наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Кабельный ввод под металлорукав диаметром 16мм наличие

Первичная поверка наличие

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Разделитель сред мембранный РМ 5319С-01 Физтех «или эквивалент», 6 шт.:

Материал мембраны нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Дополнительная мембрана из фторопласта наличие

Материал корпуса нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Штуцер присоединения к процессу с внешней резьбой М20х1,5 наличие
Присоединение к датчику давления внутренняя резьба М20х1,5 наличие
Рабочий диапазон давления, МПа Не уже 0-1,6
Диапазон температуры измеряемой среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60
Полная совместимость с датчиками давления типа АИР-20Ex\ДИ (ДВ,ДИВ)
Элемер наличие
Материал фланца нержавеющей сталь

1. Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2005Сг1Ex Манотомь «или эквивалент», 7 шт.:

Диапазон измеряемого давления, кгс/см² 0-2,5

Исполнение - левый контакт размыкающий, правый замыкающий с магнитным поджатием наличие

Расположение штуцера – радиальное, с задним фланцем наличие

Диаметр корпуса, мм Не менее 150 не более 170

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54

Класс точности не хуже 1,5

Взрывозащита 1ExdII BT4 наличие

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Напряжение внешних коммутируемых цепей:

Переменного тока 380В;

Постоянного тока 220В наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Первичная поверка наличие

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент

выпуска СИ Наличие

1. Манометр МПЗ-У 0-10кгс/ см² Манотомь «или эквивалент», 1 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 100 не более 110

Диапазон измеряемого давления, кгс/см² 0-10

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Класс точности Не хуже 1.5

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP40

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 2

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр МПЗ-У 0-6кгс/ см² Манотомь «или эквивалент», 10 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 100 не более 110

Диапазон измеряемого давления, кгс/см² 0-6

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Класс точности Не хуже 1.5

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °С Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP40

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 2

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

1. Манометр МПЗ-У 0-16кгс/ см² Манотомь «или эквивалент», 20 шт.:

Диаметр корпуса, мм Не менее 100 не более 110

Диапазон измеряемого давления, кгс/см² 0-16

Присоединительная наружная резьба М20х1,5

Класс точности Не хуже 1.5

Расположение штуцера – радиальное без фланца наличие

Диапазон температуры окружающей среды, °C Не уже минус 50 - плюс 60

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Не ниже IP40

Материал корпуса сталь

Первичная поверка наличие

Межповерочный интервал, год не менее 2

Действующие сведения о поверке, выполненной на территории РФ (результаты поверки должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) Наличие

Внесение в раздел «Утвержденные типы средств измерений» Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, на момент выпуска СИ Наличие

Перечень предоставляемой документации на поставляемые средства измерений:

- информация о дате выпуска СИ, изготовителе СИ (с указанием в паспорте и/или на корпусе СИ и/или на сопроводительных документах);
- паспорт (формуляр) на конкретный заводской номер – при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ;
- руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке – при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ;
- копия свидетельства об утверждении типа СИ или сертификата об утверждении типа с описанием типа СИ (с подписями и печатями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии), действующего на момент выпуска СИ;
- техническое описание – при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ;
- методика поверки (с подписями и печатями), указанная в описании типа СИ, кроме случаев, когда методика поверки стандартизованная;
- первичная поверка - результаты поверки средств измерений должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ).

При этом:

- паспорт (формуляр), руководство (инструкция) по эксплуатации, техническое описание должны содержать знак утверждения типа, расположенный и нанесенный согласно описанию типа СИ;
- на СИ должен быть нанесен знак утверждения типа, расположенный и нанесенный согласно описанию типа СИ;
- на СИ должна быть маркировка заводского номера СИ;
- СИ должны соответствовать описанию типа СИ, в т.ч. по внешнему виду и цветам, характеристикам (идентификационные данные) программного обеспечения (ПО) и по пломбировке СИ от несанкционированного доступа.

Условия, место и сроки поставки товара: в течение 50 рабочих дней с момента заключения договора.

Доставка до склада Заказчика за счет Поставщика по адресу: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск