

Анализатор импеданса

Наименование параметра	Тип характеристики (качественная / количественная)	Вид количественной характеристики	Требуемое значение	Ед. измерение (код ОКЕИ/наименование)	Инструкция по заполнению характеристик в заявке(указывается вариант)
2.1.1	Минимальная частота тестового сигнала f, Гц	Количественная	Диапазон	≤ 20	290/Гц
2.1.2	Максимальная частота тестового сигнала f	Количественная	Диапазон	≥ 5	292/МГц
2.1.3	Диапазон частот	Качественная		Не фиксированный	
2.1.4	Изменение частоты	Качественная		непрерывное	
2.1.5	Максимум постоянного напряжения смещения VDC, Вольт	Количественная	Диапазон	≥ 20	222/В
2.1.6	Максимальный уровень сигнала генератора по напряжению V	Количественная	Диапазон	≥ 1	222/В
2.1.7	Максимум постоянного тока смещения IDC, мА	Количественная	Диапазон	≥ 100	
2.1.8	Максимальный уровень сигнала генератора по току I, мА	Количественная	Диапазон	≥ 10	
2.1.9	Минимальное измеряемое значение импеданса Z, МОм	Количественная	Диапазон	≤ 0.025	
2.1.10	Максимальное измеряемое значение импеданса Z, МОм	Количественная	Диапазон	≥ 40	
2.1.11	Минимальное измеряемое значение ёмкости, фФ (фемтоФарад)	Количественная	Диапазон	≤ 0.01	
2.1.12	Максимальное измеряемое значение ёмкости, Фарад	Количественная	Диапазон	≥ 10	
2.1.13	Минимальное измеряемое значение индуктивности, нГн	Количественная	Диапазон	≤ 0.01	
2.1.14	Максимальное измеряемое значение индуктивности, кГн	Количественная	Диапазон	≥ 100	
2.1.15	Минимальное значение сдвига фаз, в градусах	Количественная	Диапазон	≤ -180	2355/Градус (плоского угла)
2.1.16	Максимальное значение сдвига фаз, в градусах	Количественная	Диапазон	≥ 180	2355/Градус (плоского угла)
2.1.17	Сенсорный экран	Качественная		наличие	