

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ												
1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг												
Тип объекта закупки	Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Характеристики товара, работы, услуги					Количество (объем работы, услуги)	Единица измерения	Цена за единицу	Стоимость позиции	Товарный знак
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характерис тики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге					
товар	Игла для подкожных инъекций/инфузий через порт	32.50.13.110-00005201	Диаметр иглы, G	20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации	800,000000	Штука	165,00	132 000,00	
			Длина иглы	≥ 40 и ≤ 70	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Назначение	для болюсных инъекций и промывки камеры порт-системы		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Описание	Игла прямая к портам специальной заточки для предотвращения повреждения силиконовой мембраны камеры порт- системы при ее введении		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Совместимость	с порт-системами MYPORT® и Celsite®, имеющимися у заказчика		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					

товар	Игла для подкожных инъекций/инфузий через порт	32.50.13.110-00005201	Диаметр иглы, G	20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации	2 300,000000	Штука	505,00	1 161 500,00	
			Длина иглы	20	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Длина удлинительной линии	≥ 180 и ≤ 210	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Заглушка на концевой части для предотвращения попадания воздуха и инфекции	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Зажим на удлинительной линии для контроля и мгновенной остановки инфузии	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					

			Коннектор	на концевой части конус типа Луэр лок для подключения к инфузионным системам		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Материал удлинительной линии	Не содержит латекс, ПВХ и фталаты, что обеспечивает совместимость со всеми химиопрепаратами		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Назначение	для долгосрочного вливания химиотерапии, парентерального питания и антибиотиков		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Описание	Игла изогнутая «безопасная» к портам специальной заточки для предотвращения повреждения силиконовой мембраны камеры порт- системы при ее введении		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					
			Прозрачные фиксирующие крылышки для облегчения прокола порта и надежной фиксации	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации					

			Совместимость	с порт-системами MYPORT® и Celsite®, имеющимися у заказчика		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации						
			Угол изгиба	90	Градус (плоского угла)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации						

2. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя): Не установлено

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: Не установлено

4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: не установлено

5. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: не установлено

6. Требования к гарантийному обслуживанию товара: не установлено

7. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара: Не установлено

8. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено

9. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено

9.1. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено

10. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости).

10.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться: указаны в извещении об осуществлении закупки в разделе «Объект закупки» и таблице пункта 1 данного документа.