№ п/п	Наименование товара / КТРУ	ID ТРУ	Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ (Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875./номер позиции перечня)	Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения	Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара
2.1	Твердотельный лазер	639613	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.24 №1875 (поз. 1-361 Приложения 2 (за искл. поз. 195, 197 - 199 и 203) установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств (с учетом подпункта "з" пункта 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.24 №1875) / поз.322. Приложение 2 / 26.70.23.120	X	Подробно указано в примечании (id108) "Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.24 № 1875 (поз. 1-361 Приложения 2 (за искл. поз. 195, 197 - 199 и 203))" к табличной части
	Наименование параметра	**Тип характеристики (качественная / количественная)**	**Вид количественной характеристики**	**Требуемое значение**	**Ед. измерение (код ОКЕИ/наименование)**
2.1.1	Тип лазера	Качественная		Твердотельный лазер с компенсацией двулучепреломления	
2.1.2	Центральная длина волны	Количественная	Диапазон	>= 1063 и <= 1065	015/нм
2.1.3	Диапазон погрешности положения центральной длины волны	Количественная	Диапазон	>= -1 и <= 1	015/нм
2.1.4	Длительность импульса	Количественная	Диапазон	<= 15	351/нс
2.1.5	Частота повторения	Количественная	Конкретное значение	100	290/Гц
2.1.6	Энергия, мДж	Количественная	Диапазон	>= 25	362/мес
2.1.7	Нестабильность энергии	Количественная	Диапазон	<= 2	744/%
2.1.8	Угол расходимости лазерного луча, мрад	Количественная	Диапазон	<= 3	
2.1.9	Диаметр лазерного луча на выходе	Количественная	Диапазон	<= 4	003/мм
2.1.10	M2 фактор	Количественная	Диапазон	<= 2.8	
2.1.11	Время прогрева и выхода на рабочий режим	Количественная	Диапазон	<= 20	355/мин
2.1.12	Метод охлаждения	Качественная		Принудительный водяной	

2.1.13	Напряжение питания	Количественная	Конкретное значение	220	222/В
2.1.14	Профиль лазерного луча	Качественная		Близкий к гауссу	
2.1.15	Тип выхода	Качественная		Неволоконный выход	
2.1.16	Тип резонатора	Качественная		Телескопический неразъюстируемый	
2.1.17	Насос водяной системы охлаждения в комплекте	Качественная		Наличие	
2.1.18	Тип накачки	Качественная		Диодная	
2.1.19	Срок работы диодов квантрона	Количественная	Диапазон	>= 10000	356/час
2.1.20	Размер луча на расстоянии от лазера 500 мм при фокусировке линзой 500 мм,	Количественная	Диапазон	<= 1	003/мм