

№	Наименование товара	ОКПД2	Кол-во, шт.
1	Манометр показывающий виброустойчивый ДМ8008-ВУ У2, 100 мм, 0–40 кгс/см ² , кл. 1,5 (или эквивалент)	26.51.52.130	50
Тип (модель)		ДМ8008-ВУ У2 (АО «Манотомь») или эквивалент по указанным характеристикам	
Диаметр корпуса		100 мм	
Диапазон измерения		0–40 кгс/см ² (0–4,0 МПа)	
Класс точности		1,5	
Присоединение		Радиальное (штуцер снизу); резьба М20×1,5	
Виброустойчивость		Группа V4 (5–120 Гц, ампл. 0,15 мм, ускор. 19,6 м/с ²); гидрозаполнение корпуса	
Защита / климатика		Не ниже IP54; У2 по ГОСТ 15150-69 (от –45 °С до +60 °С)	
Материалы		Корпус — алюм. сплав или нерж. сталь; пружина/штуцер — латунь, бронза / железоникелевый сплав	
Прочее		Свидетельство о первичной поверке; МПИ не менее 1 года; гарантия не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию; паспорт; знак типа СИ	

№	Наименование товара	ОКПД2	Кол-во, шт.
2	Манометр показывающий МПЗ-УмУ2 исполнение 3, 100 мм, 0–10 кгс/см ² , кл. 1,5 (или эквивалент)	26.51.52.130	40
Тип (модель)		МПЗ-Ум У2 исп. 3 (ООО ПО «Прибор») или эквивалент: МПЗ-У У2 (Манотомь), МПЗ-Уф У2 (Физтех), ТМ-510Р.00 (Росма) и др.	
Диаметр корпуса		100 мм	
Диапазон измерения		0–10 кгс/см ² (0–1,0 МПа)	
Класс точности		1,5	
Присоединение		Радиальное (штуцер снизу); резьба М20×1,5	
Степень защиты корпуса		Не ниже IP53	
Климатическое исполнение		УмУ2 или У2 (от –50 °С до +60 °С)	
Прочее		ГОСТ 2405-88; температура измеряемой среды до +150 °С; межповерочный интервал не менее 1 года; новый прибор с первичной поверкой и паспортом; знак утверждения типа СИ	

№	Наименование товара	ОКПД2	Кол-во, шт.
3	Манометр показывающий ТМ-610Р.00 IP54 (0–16 кгс/см ²), 150 мм, М20×1,5, кл. 1,5 (или эквивалент)	26.51.52.130	32
Тип (модель)		ТМ-610Р.00 IP54 (ЗАО «Росма») или эквивалент, соответствующий указанным характеристикам	
Диаметр корпуса		150 мм	
Диапазон измерения		0–16 кгс/см ² (0–1,6 МПа)	
Класс точности		1,5	
Присоединение		Радиальное (штуцер снизу), исполнение 00; резьба М20×1,5	
Степень защиты корпуса		Не ниже IP54	
Климатическое исполнение		У2 или УмУ2 (от –50 °С до +60 °С)	
Прочее		ГОСТ 2405-88; температура измеряемой среды до +150 °С; межповерочный интервал не менее 2 лет; корректор нуля; новый прибор с первичной поверкой и паспортом; знак утверждения типа СИ	

Коммерческое предложение предоставляется с учетом доставки до адреса Заказчика: г. Магадан, ул. Нагаевская, 38

Карточка предприятия

Сведения об организации:

Полное наименование	Муниципальное унитарное предприятие города Магадана «Магадантеплосеть»
Сокращенное наименование	МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»

Адресные данные:

Юридический (почтовый и фактический) адрес	685000, г. Магадан, ул. Дзержинского 9 Б
Телефон (с указанием кода города)	+7-413-2-62-71-23
E-mail. (электронная почта)	snab@magadanteploset.ru
ФИО руководителя	Абдалимов Рустам Абдувалиевич

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ и информация о производственной деятельности и финансовом состоянии:

Дата создания	31.07.1992
ОГРН	1024900952504
ИНН/КПП	4909053060/490901001
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.1)
Расчетный счет - №	40702810901400267634
Наименование и адрес обслуживающего банка	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)
Код БИК	041012765
Кор счет	301018103000000000765
ОКПО	03284956
ОКАТО	44401000000
ОКТМО	44701000001

ОКФС	14
ОКОГУ	4210007
ОКПФ	65243

Сведение о руководителе, от имени которого заключается договор:

ФИО	Рустам Абдувалиевич Абдалимов
Должность	Директор
На основании чего действует	Устав
Контактный телефон	8-900-407-23-33
Бухгалтерия	+7-413-2-62-25-37

Информация о применении системы налогообложения:

Общая система налогообложения	ОСНО
Оператор ЭДО	Сбис
Идентификатор абонента ЭДО	2BE80054aa6151c11e3ab89005056917125