

1. Прибор для поверки индикаторов ППИ-50, 1 шт.:

Прибор для поверки индикаторов ППИ-50 1 шт.

Компаратор – 1 шт.

Видеокамера – 1 шт.

Компьютер-моноблок (ПК) – 1 шт.

Программное обеспечение (установлено на ПК) – 1 шт.

Комплект оснастки для закрепления поверяемых СИ – 1 компл.

Столик для поверки прибора - 1 шт.

Руководство по эксплуатации ППИ-50.00.000 РЭ 1 экз.

Методика поверки 437-175-2020МП 1 экз.

Паспорт ППИ-50.00.000 ПС 1 экз.

Параметры электрического питания: – напряжение питания переменного тока, В – частота переменного тока, Гц	От 187 до 242 От 49 до 51				
Потребляемая мощность, В·А, не более	350				
Габаритные размеры, мм, не более		длина	ширина	высота	

		210	300	500	
Масса, кг, не более	15				
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °С – изменение температуры окружающего воздуха в течение 1 часа работы, С, не более – относительная влажность, %, не более – атмосферное давление, кПа	От +17 до +23 1 80 От 97,4 до 105,4				
Полный средний срок службы, лет, не менее	5				
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	5000				

- Поверка в качестве Эталона.
- Год выпуска не ранее 2025 года