**Техническое задание**
на закупку колоновидеоскопа гибкого

**Количество-1 шт.** **Таблица №1**

| № п.п. | Описание требований | |
|---|---|---|
| **1** | **Общие требования** | **Условия** |
| 1.1 | Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 №1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» | Наличие |
| 1.2 | Доставка по адресу Заказчика: **Клиника № 1 – 195277,Санкт-Петербург,ул. Академика Лебедева** | Входит в стоимость товара |
| 1.3 | Доставка, подъем на 3 этаж, перемещение по этажам, вынос упаковочной тары осуществляется силами и средствами поставщика | Входит в стоимость товара |
| 1.4 | Срок поставки, ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта | Не позднее 10 декабря 2026 года включительно |
| 1.5 | Гарантийные обязательства на Товар, не менее, месяцев | 12 (но не менее срока указанного производителем) |
| 1.6 | Год выпуска Товара, не ранее | 2026 г |
| 1.7 | Товар новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Соответствие |
| 1.8 | Паспорт и эксплуатационная документация производителя оборудования на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.9 | Упаковка товара должна быть оригинальной упаковкой завода производителя, содержать данные: наименование товара, наименование производителя, страна производства, дата производства. На товаре должна быть: маркировка завода-производителя, модель/каталожный номер, серийный номер, год выпуска. | Наличие |

**Таблица №2**

| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
|---|---|---|
| Колоновидеоскоп гибкий<br>ОКПД 2: 26.60.12.126 | 1 | Шт. |
| Модель | CF185L или эквивалент | |
| Вывод изображения | Монитор | |
| Рабочая длина | Не менее 1680 | мм |
| Диаметр дистального конца | Не более 12,8 | мм |
| Угол поля зрения, ° | Не менее 140 | Градус |
| Функция электронного затвора | Наличие | |
| Общая длина | Не более 2005 | мм |
| Наличие дополнительного канала подачи воды | соответствие | |
| Внешний диаметр вводимой трубки (мм) | Не более 12,8 | мм |
| Диаметр инструментального канала | Не менее 3,7 | мм |
| Глубина резкости, в диапазоне | Не менее 2-100 | мм |
| Угол изгиба дистального конца вверх | Не менее 180 | градус |
| Угол изгиба дистального конца влево | Не менее 160 | градус |
| Угол изгиба дистального конца вниз | Не менее 180 | градус |

| | | |
|---|---|---|
| Угол изгиба дистального конца вправо | Не менее 160 | градус |
| One-touch connector (подсоединение в одно касание) | Наличие | |
| Минимальная дистанция видимости (расстояние от дистального конца эндоскопа) | Не менее 5 | мм |
| Направление обзора - 0°, прямое наблюдение | соответствие | |
| Поддержка режима оптической визуализации в узкоспектральном режиме (NBI) | соответствие | |
| Совместим с видеоинформационным эндоскопическим центром CV-190 Plus и эндоскопическим ксеноновым источником света CLV-190, производства "Олимпас медикал Системс Корп." без дополнительных адаптеров, имеющимся у Заказчика | соответствие | |
| Поддержка работы с электрохирургическим инструментарием | соответствие | |
| Количество дистанционных переключателей на блоке управления эндоскопом | Не менее 4 | щтуки |
| Изменяемая жёсткость колоноскопа | Наличие | |
| Оптическое увеличение | Отсутствует | |
| Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | соответствие | |