Осуществляю поиск субподрядчика по поставке медицинских расходных материалов. Техническое задание прикрепляю. Коммерческое предложения принимаются до 30 сентября 18:00. Оплата: в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки товара по количеству и качеству и подписания им Акта приема-передачи путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Техническое задание

1. Фильтр бактериальный для медицинских газов, стерильный, одноразового использования – 700 штук

Наименование	Значения
Код вида медицинского изделия	322250
Наименование вида медицинского изделия	Фильтр бактериальный для медицинских газов, стерильный, одноразового использования
Описание вида медицинского изделия	Стерильное фильтрующее устройство, предназначенное для удаления микроорганизмов из медицинских газов для предотвращения воздействия на пациента в процессе дыхания, анестезии и/или других хирургических вмешательств (например, инсуффляции); оно не имеет других дополнительных функций, не связанных с фильтрацией. Фильтр помещен в небольшой пластиковый корпус и может также задерживать другие мелкие частицы (например, частицы минеральных отложений). Это изделие для одноразового использования.
Категория пациентов	Взрослые
Внутренний объем, кубический сантиметр	≥ 51 и ≤ 55
Тип фильтра	Бактериальный
Эффективность фильтрации, процент (%)	≥ 99.9 и ≤ 100
Тип фильтрации, электростатический	Соответствие
Масса, гр	Не более 21
На корпусе фильтра расположен порт с разъемом Луер-Лок, закрытый крышкой	Наличие
Фиксированная крышка порта Луер-Лок	Соответствие
Диапазон дыхательного объема от 150мл до 1 500мл	Соответствие
Сопротивление потоку при 30 л/мин(см H2O)	Не более 1,2
Сопротивление потоку при 60 л/мин, см H2O	Не более 3,0
Длительность использования, час	Не более 24
Размер конического соединения фильтра со стороны пациента коаксиальной конструкции: патрубок 22мм, гнездовой разъем 15мм	Соответствие
Размер конического соединения со стороны аппарата коаксиальной конструкции: гнездовой разъем 22 мм, патрубок 15 мм	Соответствие
Корпус фильтра полупрозрачный	Соответствие
Фильтр и его составляющие не содержат латекса и фталатов	Соответствие
Инструкция по применению на русском языке, в каждой транспортной упаковке	Соответствие
Стерильный. Индивидуально упакован	Соответствие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации	Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя	Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика	Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:	
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства	Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей	Наличие
Доставка	Наличие

2. Катетер аспирационной системы, общего назначения – 1 000 штук

Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 190950
Наименование вида медицинского изделия Катетер аспирационной системы, общего назначения
Описание вида медицинского изделия Стерильная гибкая трубка, используемая для удаления жидкости из организма через естественное отверстие тела, хирургический разрез или рану. Обычно катетер предназначен для присоединения к канистре или к склянке для сбора, где вакуум создается системой аспирации через вспомогательный тюбинг. Это изделие одноразового использования.
Категория пациентов Взрослые / дети
Коннектор типа «Вакон» Соответствие
Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с атравматичным открытым концом Соответствие
Катетер термопластичный – становится мягким при температуре тела, приобретая форму, соответствующую индивидуальным анатомическим особенностям пациента Соответствие
Длина Не менее 53 см.
Размерный ряд 5-18 по французской шкале (на выбор Заказчика) Соответствие
Рентгенконтрастная полоса по всей длине катетера Соответствие
Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму Соответствие
Два вспомогательных боковых отверстия Соответствие
Срок годности Не менее 5 лет
Стерильный. Индивидуально упакован Соответствие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

3. Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких – 65 штук
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 185600
Наименование вида медицинского изделия Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких
Описание вида медицинского изделия Комплект устройств, разработанный для проведения воздуха или обогащенной кислородом (O2) газовой смеси и вспомогательных газов (например, закиси азота (N2O), галогенизированных газов) от аппарата искусственной вентиляции легких (или другого терапевтического устройства для доставки воздуха, например, механического инсуффлятора/экссуффлятора) к пациенту. Включает дыхательные трубки, Y-образный коннектор и обеспечивает соединения для устройств, которые увлажняют, доставляют лекарственные средства и осуществляют мониторинг концентрации газа или давления внутри дыхательного контура. Это изделие, пригодное для многоразового использования.
Категория пациентов Взрослые
Изготовлен из прозрачного полиэтилена и полипропилена, устойчивого к перегибу Соответствие
В контур встроены 2 больших влагосборника с прозрачной нижней частью и автоматическим клапаном, предотвращающим разгерметизацию Соответствие

Защитный колпачок на Г-образном коннекторе Соответствие
На Y-образном коннекторе герметичные клапаны с крышками для измерения температуры и давления Соответствие
Диаметр 22 мм.
Длина Не менее 160 см.
Объем влагосборника Не менее 65 мл.
Угловой коннектор с CO2 портом и разъемом 22M/15F со стороны пациента Соответствие
Угловой коннектор с CO2 портом и разъемом 22F со стороны аппарата Соответствие
Дополнительная трубка (лимб) из прозрачного полиэтилена, устойчивого к перегибу Соответствие
Диаметр лимба 22 мм.
Длина лимба Не менее 80 см.
Срок годности не менее 5 лет
Стерильность (клинически чистый) Соответствие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

4. Соединитель для дыхательного контура, многоразового использования – 65 штук
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 165230
Наименование вида медицинского изделия Соединитель для дыхательного контура, многоразового использования
Описание вида медицинского изделия Устройство, используемое для подключения дыхательного контура (например, анестезиологического дыхательного контура или дыхательного контура аппарата искусственной вентиляции легких) или аппарата для реанимации к эндотрахеальной трубке для повышения мобильности дыхательного контура на стороне пациента. Наиболее часто оно состоит из 22 мм адаптера с гнездовым разъемом на проксимальном конце, который присоединяется к короткой гофрированной гибкой трубке (например, 150 мм длиной), и прямого или углового 15 мм штекерного коннектора на дистальном конце, который может содержать порт для аспирации. Это изделие многоразового использования.
Категория пациентов Взрослые
Угловой с двойным шарнирным коннектором Соответствие
Материал изготовления Поливинилхлорид
Длина без учета коннекторов Не менее 15 см.
Типа трубки: гладкоствольная Соответствие
Стандартные типы коннекторов, совместимые со всеми видами контуров, дыхательных трубок, масок Соответствие
Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций Соответствие
Изделия не содержат фталатов Соответствие
Порт для бронхоскопии и санации Соответствие
Двойной вертлужный коннектор 22M/15F Соответствие
Аппаратный коннектор 22F Соответствие

Срок годности не менее 18 месяцев
Стерильность (клинически чистый) Соответствие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

5. Тепло/влагообменник, одноразового использования – 850 штук
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 110250
Наименование вида медицинского изделия Тепло/влагообменник, одноразового использования
Описание вида медицинского изделия Однокомпонентное изделие, похожее на канистру, которое подключают к воздуховоду пациента (например, эндотрахеальной трубке) для захвата образовавшегося в результате выдоха пациента тепла и влаги для их использования с целью нагрева и увлажнения терапевтических газов, вдыхаемых пациентом; изделие не содержит бактериальный фильтр. Изделие, широко известное как тепловлагообменник или "искусственный нос", используется в тех случаях, когда пациент в течении длительного времени вдыхает сухие газы, как, например, во время анестезии или при искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Это изделие для одноразового использования.
Категория пациентов Взрослые
Мембрана изготовлена из гидрофобных полипропиленовых волокон Соответствие
Универсальные коннекторы со стороны аппарата и со стороны пациента (22M/15F) Соответствие
Порт для капнографии с замком Луер-Лок на корпусе фильтра Соответствие
Дыхательный объем 150-1500 мл.
Мёртвое пространство Не более 33 мл.
Внутренний объем не более 30 мл.
Вес Не более 20 гр.
Сопротивление потоку:
30 л/мин – не более 0,8 см H2O (78,45 Па)
60 л/мин – не более 1,7 см H2O (166,70 Па)
90 л/мин – не более 2,7 см H2O (264,77 Па)
Антибактериальная эффективность >99.9999 %
Антивирусная эффективность >99.999 %
Время использования Не менее 24 час.
Не содержат латекс и фталаты Соответствие
Стерилизованы оксидом этилена Соответствие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре:

его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

6. Камера увлажнения воздуха для линии вдоха, одноразового использования – 100 штук
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 321970
Наименование вида медицинского изделия Камера увлажнения воздуха для линии вдоха, одноразового использования
Описание вида медицинского изделия Устройство, предназначенное для установки на увлажнитель с подогревом линии вдоха (например, увлажнитель аппарата для лечение апноэ во время сна с помощью положительного давления, увлажнитель с подогревом линии вдоха), содержащее воду с целью увлажнения дыхательных газов. Это - пластиковая камера, предоставляющая воду для нагрева прикрепленным увлажнителем и последующей доставки паров пациенту через подключенный дыхательный контур. Может быть использовано в медицинских учреждениях или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования.
Категория пациентов Взрослые
Вход/выход соединительных коннекторов типа 22М Соответствие
Материал: полипропилен, полиэтилен, алюминий Соответствие
Корпус камеры прозрачный Соответствие
Система самозаполнения камеры Соответствие
Максимальный пропускаемый поток через увлажнитель Не менее 180л/мин
Компрессионный объем заполненной камеры Не менее 175мл
Компрессионный объем пустой камеры Не менее 320мл
Длина линии автозаполнения Не менее 130 см.
Стерильный. Индивидуально упакован Соответствие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

7. Маска лицевая для аппарата искусственной вентиляции легких CPAP/BPAP, многоразового использования – 8 штук
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 109720
Наименование вида медицинского изделия Маска лицевая аппарата для искусственной вентиляции легких CPAP/BPAP, многоразового использования

Описание вида медицинского изделия Гибкое изделие, размещаемое над носом и ртом пользователя и принимающее соответствующую форму, для сопряжения с аппаратом для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска, как правило, сделана из пластика и/или силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа и рта. Она доступна в различных конфигурациях и размерах, крепится с помощью ремешков. Это изделие многоразового использования.
Категория пациентов Взрослые
Маска лицевая аппарата искусственной вентиляции легких CPAP/BPAP, многоразового использования Наличие
Наголовник Да
Размер Средняя (M)
• Форма поворотного порта С крутым изгибом
Тип маски Носо-ротовая
Размер изделия Не более 95 x 160 x 90 мм
Вес ≤ 97 гр
Объем мертвого пространства ≤ 219 мл
Диапазон терапевтического давления 4-30 гПа Наличие
Конус соединителя трубки
соответствует EN ISO 5356-1: Ø 22 мм (папа) Наличие
Цветовая маркировка внешней и внутренней сторон фиксирующей ленты (шапочки), два цвета Наличие
Встроенная система выдоха Наличие
Аэродинамическое сопротивление аварийного выдыхательного клапана
Вдох при 50 л/мин ≤ 0,6 гПа
Аэродинамическое сопротивление аварийного выдыхательного клапана
Выдох при 50 л/мин ≤ 0,8 гПа
Уровень звукового давления в маске ≤ 19 дБ (A)
Уровень мощности звука ≤ 27 дБ (A)
Материалы изготовления маски и фиксатора маски: полиамид, силикон, полиуретан Наличие
Все части маски не содержат латекса, ПВХ (поливинилхлорид) и DEHP (диэтилгексилфталат) Наличие
Маска многоразового использования Наличие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

8. Набор для ухода за трахеостомой, одноразового использования – 8 штук
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 173710

Наименование вида медицинского изделия Набор для ухода за трахеостомой, одноразового использования
Описание вида медицинского изделия Набор стерильных изделий и расходных материалов, предназначенных для ухода за трахеостомой (т.е., удаления и очистки трахеостомической трубки перед ее повторным введением). Он, как правило, включает полотенца, марлю, тампоны, чистящую щетку и перчатки. Это изделие для одноразового использования.
Категория пациентов Взрослые
Состав набора:
Салфетка гигиеническая – 7 шт.
Тесьма для фиксации трубок – 1 шт.
Пинцет одноразовый – 1 шт.
Ершик – 1 шт.
Сваб тампон – 1 шт.
Инструкция Соответствие
Салфетка гигиеническая размер Не менее 10 х 10 см.
Материал салфетки полипропилен Соответствие
Сорбционная способность салфетки Не менее 12,0 мл.
Скорость впитывания салфетки Не менее 4,0 мл/с.
Тесьма для фиксации трахеостомической трубки Наличие
Материал тесьмы 100% хлопок Соответствие
Размер тесьмы 100 х 1,3 см +-10%
Усилие разрыва тесьмы от 25 до 35 Н.
Пинцет полимерный одноразовый стерильный Соответствие
Длина Не менее 125 мм.
Ширина опорной части браншей Не менее 9,5 мм.
Ширина рабочей части браншей Не менее 2,5 мм.
Ёршик для очистки трубки Наличие
Стержень и ручка ёршика выполнены из нержавеющей стали Соответствие
Волокно рабочей части ёршика изготовлено из полиамида Соответствие
Длина щетинно-щёточной части ёршика Не менее 50,0 мм.
Диаметр щетинно-щёточной части ёршика Не менее 8,0 мм.
Длина ручки ёршика Не менее 95,0 мм.
Диаметр ручки ёршика Не менее 1,0 мм.
Сваб тампон Наличие
Общая длина сваб тампона Не менее 155,0 мм.
Длина очищающей головки сваб тампона Не менее 25,0 мм.
Диаметр сваб тампона Не менее 8,0 мм.
Стерильный. Индивидуально упакован Соответствие
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

9. Тепло/влагообменник бактериальный фильтр, стерильный – 700 штук
Наименование Значения

Код вида медицинского изделия 324650
Наименование вида медицинского изделия Тепловлагообменник бактериальный фильтр, стерильный
Описание вида медицинского изделия Стерильное изделие, предназначенное для помещения в дыхательный контур проксимально относительно пациента для удаления и удержания микробов при захвате образовавшегося в результате выдоха пациента тепла и влаги для их использования с целью нагрева и увлажнения терапевтических газов, вдыхаемых пациентом; также может использоваться для фильтрации медицинских газов [например, диоксида углерода (CO_2)] во время инсуффляции. Как правило, это пластиковый корпус, который содержит и бактериальный фильтр, предназначенный для снижения риска перекрестного заражения между пациентами, и тепловлагообменник для поддержания нормального состояния слизистых оболочек дыхательных путей. Это изделие для одноразового использования.
Категория пациентов Взрослые
Изготовлен из полимерного материала с повышенной прозрачностью Соответствие
Время непрерывного использования Не менее 24 час.
Обладает свойством повышенного возврата влаги Соответствие
- Разъемы - 22М/15Р со стороны пациента и 22Р/15М со стороны дыхательного контура Соответствие

Тип фильтрации - электростатический Соответствие
Эффективность фильтрации Не менее 99,999% %
Степень увлажнения Не менее 32 мг/л, при ДО 500 мл
Диапазон использования Не уже 150 – 1500 мл.
СО-порт с разъемом Луер Лок закрытым крышкой Наличие
Стерильный. Индивидуально упакован Соответствие
Срок стерильности Не менее 5 лет
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка Наличие

10. Трубка гастростомическая – 3 штуки
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 268590
Наименование вида медицинского изделия Трубка гастростомическая
Типоразмеры трубки ТГ 24/10
Описание вида медицинского изделия Трубка имеет два канала, раздувной баллон на дистальном конце и коннекторы на проксимальном. Основной канал служит для подачи питания, второй - для надува баллона. Баллон предназначен для фиксации трубки внутри организма, для закрепления с внешней стороны трубка снабжена фиксатором. Коннектор на основном канале имеет два входа для подсоединения шприцов разных типов, коннектор на втором канале имеет клапан для удержания жидкости в раздувном баллоне.
Наружный диаметр 8 мм
Материал силикон

длина рабочей части ≥ 350 и ≤ 360 мм
общая длина трубки ≥ 390 мм
• количество каналов, шт 2
раздувной баллон на дистальном конце трубки наличие
объем баллона ≥ 10 и ≤ 15 мл
маркировка через каждые 2 см (на длине 10 см) от начала трубки
зажим-клипсу и узел разведения на проксимальном конце наличие
Узел разведения каналов имеет 3 порта один центральный с заглушкой – для проведения кормления по питательному каналу, второй боковой с заглушкой – для введения лекарственных средств,
третий боковой порт снабжён клапаном для раздувания/сдувания баллона
В комплекте шприц луер-лок объемом 20 мл и
шприц Жане объёмом 150 мл
Стерильность стерильно
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Доставка Наличие

11. Трубка гастростомическая – 3 штуки
Наименование Значения
Код вида медицинского изделия 268590
Наименование вида медицинского изделия Трубка гастростомическая
Типоразмеры трубки ТГ 22/10
Описание вида медицинского изделия Трубка имеет два канала, раздувной баллон на дистальном конце и коннекторы на проксимальном. Основной канал служит для подачи питания, второй - для надува баллона. Баллон предназначен для фиксации трубки внутри организма, для закрепления с внешней стороны трубка снабжена фиксатором. Коннектор на основном канале имеет два входа для подсоединения шприцов разных типов, коннектор на втором канале имеет клапан для удержания жидкости в раздувном баллоне.
Наружный диаметр 7,3 мм
Материал силикон
длина рабочей части ≥ 346 и ≤ 360 мм
общая длина трубки ≥ 390 мм
• количество каналов, шт 2
раздувной баллон на дистальном конце трубки наличие
объем баллона ≥ 7 и ≤ 10 мл
маркировка через каждые 2 см (на длине 10 см) от начала трубки
зажим-клипсу и узел разведения на проксимальном конце наличие
Узел разведения каналов имеет 3 порта один центральный с заглушкой – для проведения кормления по питательному каналу, второй боковой с заглушкой – для введения лекарственных средств,
третий боковой порт снабжён клапаном для раздувания/сдувания баллона
В комплекте шприц луер-лок объемом 20 мл и
шприц Жане объёмом 150 мл

Стерильность стерильно
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации Соответствие
Срок предоставления гарантии производителя Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика Не менее 12 (двенадцать) месяцев
Объем предоставления гарантии качества:
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие
Поставка в г. Мурманск

Осуществляю поиск субподрядчика по поставке пеленок и памперсов для взрослых. Техническое задание прикрепляю. Коммерческое предложения принимаются до 30 сентября 18:00. Оплата: в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документов о приемке товара. Место доставки: Калужская область.
Техническое задание на поставку товара

№	Наименование товара	Ед. изм.	Количество
1	Подгузник для взрослых Размер M	шт	2800
2	Подгузник для взрослых Размер L	шт	2800
3	Подгузник для взрослых Размер XL	шт	2000
4	Пеленка впитывающая одноразовая для взрослых 60х90 см	шт	2500

Осуществляю поиск субподрядчика по поставке медицинских изделий (Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования). Техническое задание прикрепляю. Коммерческое предложения принимаются до 30 сентября 18:00.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара:

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения (с учетом НДС), в рублях	Цена (всего), в рублях
1	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования (тип 1)	штук	20		
2	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования (тип 2)	штук	5		

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
1	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования (тип 1)			
	32.50.21.122			
		Объем дыхательного мешка	1650±200	мл
		Время цикла (сжатие-расправление):		
		- при установке дросселя с отверстием диаметром (1,47±0,03 и длиной 25 мм)		

- без дросселя
не более 8

не более 2 сек
Минутная вентиляция не менее 31 л/мин
Категория пациентов взрослые
Аспиратор нет
Ограничение давления в дыхательном контуре 55±15
Сопротивление выдоху, (при потоке 25 л/мин) не более 2 гПа
Сопротивление вдоху не более 5 гПа
Утечка газа при давлении не более 30 гПа
Возможность подключения кислорода Наличие
Объем вдыхаемого газа, макс не менее 900 мл
Объем резервного мешка не менее 2600 мл
Комплектация: Мешок дыхательный
Маска лицевая №5
Маска лицевая №4
Мешок резервный
Трубка подачи кислорода
Сумка тканевая
Воздуховод №2
Воздуховод №3
Воздуховод №4
Роторасширитель винтовой
Языкодержатель
2 Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования (тип 2)
32.50.21.122 Объем дыхательного мешка 500±100 мл
Объем резервного мешка 2600±200 мл
Максимальная минутная вентиляция не менее 15 л/мин
Категория пациентов дети
Объем вдыхаемого газа, макс не менее 300 мл
Ограничение давления в дыхательном контуре 4±0,5 (40±5)
Сопротивление вдоху (при потоке 50 л/мин) не более 0,5 (5) кПа
Сопротивление выдоху (при потоке 50 л/мин) не более 0,5 (5) кПа
Утечка газа (при давлении 3 кПа) не более 0,5 л/мин
Комплектация: Мешок дыхательный
Маска лицевая №3
Клапан пациента
Впускной клапан
Клапан резервного мешка
Маска лицевая №2
Мешок резервный
Трубка для подключения к кислороду
Сумка тканевая

2. Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Поставляемый товар может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товара, в отношении которого Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки, не ранее 2026 года выпуска.
Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или

этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.
Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.
Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.
2.2. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту, и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности).
2.3. Гарантия на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев.
2.4. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.
2.5. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара.
2.6. Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Минздрава Российской Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Минздравсоцразвития Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами, сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии, документами об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза, заверенные установленным образом.
2.7. Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:
Мурманская область, г. Североморск, Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.
2.8. Оплата: Оплата поставленного товара производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.